



150803

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Государственный научный метрологический центр

ФГУП «Уральский научно-исследовательский институт метрологии»

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ 159868-14583-221

Действительно до
28.12.2019 г.

Средство измерений Расходомер ультразвуковой ISCO

Наименование, тип

Регистрационный номер в Федеральном информ. фонде по обеспечению единства измерений 53545-13.

Серия и номер знака предыдущей поверки: отсутствует

заводской номер 210E01654

поверено в соответствии с документом: МП 53454-12 «ГСИ Расходомеры ультразвуковые ISCO (модификации 4250, 2150). Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ «ВНИИМС» в 2012г.

№, наименование нормативного документа по поверке

с применением эталона: Рабочий эталон единиц объемного расхода воды 2 разряда в диапазоне значений от 0,02 до 200 м³/ч Регистрационный номер 3.6.АДС.0001.2015 от 06.08.2015г.

при следующих значениях влияющих факторов: температура поверочной воды 22,2 °С, плотность поверочной воды 997,73 кг/м³

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Поверитель

М.В.Аверкиев

Руководитель поверяющей лаборатории

М.В.Аверкиев

Дата выдачи: 28.12.2015 г.



Срок действия: 4 года

Россия, 620000, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4
тел.: (343) 350-26-18, факс: (343) 350-20-39. E-mail: unim@unim.ru

Аттестат аккредитации № 076, выдан 07.02.2011г.

